



**AYG: Nd лазер**

## **КВАНТ**

**ДЛЯ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ С ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЕЙ БАТ И УРОЛОГИИ**

### **Состав аппарата:**

1. Корпус с блоком питания и генератором поджига
2. Корпус излучателя
3. Ректальный световод
4. Концентратор лазерного луча



### **Характеристики лазера:**

Длина волны, нм	1064
Энергия импульса, Дж	не менее 0,013
Частота следования, Гц	0,25
Режим излучения	модуляция добротности
Наработка до отказа, импульсов	110000

### **Характеристики электростимулятора БАТ:**

- напряжение МАХ 40 В;
- длительность 1 – 200 мсек.

### **Режимы следования относительно лазерного импульса:**

- асинхронный;
- синхронный.

Моб. 8 906 535 41 65  
sazonov@btcp.tdn.ru